

ZEYİLNAME-2

12 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi (İKN: 2022/636337)

09.08.2022 tarihinde yapılacak olan 12 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi ile ilgili olarak, teknik şartnamenin bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

5. Kalem SWEPT – SOURCE BİYOMETRİ CİHAZI Teknik Şartnamesinin

15. Madde “ Cihaza TK modülü ile kullanılabilen Barret TK süite formülleri ücreti karşılığı eklenebilmelidir.” **Çıkarılmıştır.**

32. Madde “Yüklenici firma ekte şartnamesi belirtilen chart projektör ve biyomikroskop cihazlarını da optik biyometri ile beraber verecektir.” **Çıkarılmıştır.**

7. Madde

Mevcut Hali: Cihaz aşağıdaki belirtilen IOL formülleri ile hesaplamalar yapabilmeli ve sistemde bu formüllerin tamamı bulunmalıdır.

- SRK/T
- HOLLADAY 2
- HOFFER Q
- HAIGIS
- HAGIS-L
- HAGIS-T
- HAIGIS-LT

Yeni Hali: Cihaz aşağıdaki belirtilen IOL formülleri ile hesaplamalar yapabilmeli ve sistemde bu formüllerin tamamı bulunmalıdır.

- SRK/T
- HOLLADAY 2
- HOFFER Q
- HAIGIS
- HAGIS-L
- HAGIS-T
- HAIGIS-LT
- BARRET

6. Kalem Beş Büyütmeli Biyomikroskop Cihazı Teknik Şartnamenin;

8.Madde

Mevcut Hali: “Biyomikroskopun slit eğimi 20 dereceye kadar ayarlanabilmelidir ve aydınlattığı alan çapı 8 , 5 , 3 , 2 , 1 ve 0.2 mm veya 12 , 9 , 5 , 3, 1, 0.2 olmalıdır. “şeklindeyken,

Yeni Hali : “Biyomikroskopun slit eğimi 20 dereceye kadar ayarlanabilmelidir ve aydınlattığı alan çapı 8 , 5 , 3 , 2 , 1 ve 0.2 mm veya 12 , 9 , 5 , 3, 1 ve 0.2 mm olmalıdır.”

Yeya 14, 10 , 5 , 3 , 2 , 1 ve 0.2 mm olmalıdır. 14 mm slit apına sahip biyomikroskoplarda grlebilen alan apı kademeli olarak 36.2 mm , 22.3 mm , 14 mm , 8 mm , 5.7 mm Őekliinde seilebilir olmalıdır.” olarak deęiŐtirilmiŐtir.

13.Madde

Mevcut Hali: “Biyomikroskop ile aynı marka motorize masa cihazla birlikte verilmelidir..” Őeklindeyken,

Yeni Hali : “Biyomikroskop ile aynı marka veya yksek aęırlık kapasiteli kaliteli bir motorize masa cihazla birlikte verilmelidir.” Olarak deęiŐtirilmiŐtir.



29.07.2022
İhale Yetkilisi
Op.Dr.M.Zafer DİRİK
BaŐtabip

